

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

Joint Stock Company
The federal research and technical center
of ecological control systems metrology
"Inversiya"

Открытое акционерное общество
Федеральный научно-технический
центр метрологии систем
экологического контроля "Инверсия"

The federal scientific
metrology center

Федеральный научный
метрологический центр

Moscow, 107031	Fax (495) 608-45-56	107031	Факс (495) 608-45-56
Rozhdestvenka str., 27	Phone (495) 608-46-22	г. Москва	Телефон (495) 608-46-22
Russia	608-35-31, 608-46-85	ул. Рождественка, 27	608-35-31
	E-mail: inversiyaDIR@yandex.ru		608-46-85
	inversiya@yandex.ru		
	inversiyaMVI@yandex.ru		

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об аттестации методики (метода) измерений

№ 01.00274/1-13-2011

**Методика измерений объёмной доли кислорода
в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4,**
наименование методики измерений

разработанная **Обществом с ограниченной ответственностью
«Научно-производственное объединение «Прибор»
(ООО «НПО «Прибор»»),
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.76/71, стр. 3**
*наименование и юридический адрес организации (предприятия), разработавшей
методику измерений*

и регламентированная в методике измерений № 1-13-2011 «Методика
измерений объёмной доли кислорода в воздухе рабочей зоны
газоанализатором ГАНК-4», год утверждения – 2011 г., 19 стр.

Методика измерений аттестована в соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009,
ГОСТ Р ИСО 5725-2002. Аттестация осуществлена по результатам
метрологической экспертизы материалов, представленных ООО «НПО «Прибор»,
и экспериментально-расчетного исследования методики измерений.

Свидетельство № 01.00274/1-13-2011, ФР. 1.31.2011.10428

**Кислород и диапазоны измерения объемных долей кислорода
в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4**

№ п/п	Наименование компонента	Диапазоны измерений объёмной доли, %
1	Кислород	от 12 до 40 вкл.