



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

Joint Stock Company
The federal research and technical center
of ecological control systems metrology
"Inversiya"

Открытое акционерное общество
Федеральный научно-технический
центр метрологии систем
экологического контроля "Инверсия"

The federal scientific
metrology center

Федеральный научный
метрологический центр

Moscow, 107031 Rozhdestvenka str.,27 Russia	Fax (495) 608-45-56 Phone (495) 608-35-31 608-46-85 E-mail: inversiyaDIR@yandex.ru inversiya@yandex.ru inversiyaMVI@yandex.ru	107031 г.Москва ул. Рождественка, 27	Факс (495) 608-45-56 Телефон (495) 608-35-31 608-46-85
---	---	--	--

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об аттестации методики (метода) измерений

№ 6.00163/1-48-2020

**Методика измерений массовой и объемной доли окислителей и
восстановителей в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны,
промышленных выбросах и замкнутых помещениях
газоанализатором ГАНК-4**

наименование методики измерений

разработанная Обществом с ограниченной ответственностью

«НПО «ПРИБОР» ганк»

105318, г.Москва, ул. Ибрагимова, д.31, корпус 10

*наименование и юридический адрес организации (предприятия),
разработавшей методику измерений*

и регламентированная в Методике измерений № 1-48-2020 «Методика измерений массовой и объемной доли окислителей и восстановителей в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах и замкнутых помещениях газоанализатором ГАНК-4», дата утверждения – 27.03.2020 г., 18 стр.

Методика измерений аттестована в соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009, ГОСТ Р ИСО 5725-(1-6)-2002. Аттестация осуществлена по результатам метрологической экспертизы материалов, представленных ООО «НПО «ПРИБОР «ганк», и экспериментально-расчетного исследования методики измерений.