ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Joint Stock Company
The federal research and technical center
of ecological control systems metrology
"Inversiya"

The federal scientific
metrology center

Открытое акционерное общество
Федеральный научно-технический
центр метрологии систем
экологического контроля "Инверсия"

Федеральный научный
метрологический центр

Moscow, 107031
Rozhdestvenka str.,27
Russia

Fax (495) 608-45-56
Phone (495) 608-46-22
608-35-31, 608-46-85
E-mail: inversiyaDIR@yandex.ru
inversiya@yandex.ru
inversiyaMVI@yandex.ru

107031
г.Москва
ул. Рождественка, 27

Факс (495) 608-45-56
Телефон (495) 608-46-22
608-35-31
608-46-85

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об аттестации методики (метода) измерений

№ 01.00274/1-20-2013

Методика измерений массовой концентрации марганца в сварочном аэрозоле в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4,

наименование методики измерений

разработанная **Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Прибор» (ООО «НПО «Прибор»), 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.76/71, стр. 3**

наименование и юридический адрес организации (предприятия), разработавшей методику измерений

и регламентированная в методике измерений № 1-20-2013 «Методика измерений массовой концентрации марганца в сварочном аэрозоле в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4», год утверждения – 2013 г., 18 стр.

Методика измерений аттестована в соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009, ГОСТ Р ИСО 5725-(1–6)-2002. Аттестация осуществлена по результатам метрологической экспертизы материалов, представленных ООО «НПО «Прибор», и экспериментально-расчетного исследования методики измерений.

Свидетельство № 01.00274/1-20-2013, ФР.1.31.2013.14153

<u>*Марганец в сварочном аэрозоле*</u> и диапазоны измерения массовых концентраций в <u>*воздухе рабочей зоны*</u> газоанализатором ГАНК-4

№ п/п	Наименование компонента	Диапазоны измерений массовой концентрации, мг/м^3
		0,5 ПДК$_{р.з.}$ – 20 ПДК$_{р.з.}$
1	Марганец в сварочном аэрозоле (с содержанием до 20 %)	от 0,1 до 4,0 вкл.
2	Марганец в сварочном аэрозоле (с содержанием от 20 до 30%)	от 0,05 до 2,0 вкл.