

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.....	.4
2. Назначение. Эксплуатация	4
3. Комплектация	5
4. Срок хранения. утилизация. меры безопасности.....	5

Химкассета изготовлена откалибрована и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации

Сведения об изготовлении реактивной ленты и установки в химкасsetу:

Дата изготоvления _____

Участок химических технологий _____

Производитель:

ООО «НПО «ПРИБОР» ГАНК»
105318, г. Москва,
ул. Ибрагимова,
д. 31, коп. 10
тел.: 8 (495) 136-74-22
e-mail: info@gank4.com
<https://www.gank4.ru>

Химкассета. Паспорт

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт содержит описание химкасsetы для проведения измерений вещества _____ с помощью газоанализатора ГАНК-4, зав. №_____, также сведения, необходимые при ее эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Химкассета укомплектованная реактивной лентой, предназначена для измерения оптронноспектротометрическим способом массовых концентраций измеряемых вредных веществ газоанализатором ГАНК-4.

Технические характеристики:

Технические характеристики:	ГАНК-4 (A), (P), (AP) ГАНК-4Ex (A), (P), (AP)	ГАНК-4С, ГАНК-4СEx
Диапазоны измерений, мг/м3		
Количество измерений одной реактивной лентой, раз не менее	1000	10000
Габаритные размеры химкасsetы	160x60x17	197x92x17
Масса химкасsetы с реактивной лентой, кг не более	0,095	0,235
Ширина реактивной ленты, мм	10,0±0,5	10,0±0,5
Длина реактивной ленты, м	10±1	34±1
Диаметр рулона реактивной ленты, мм	55±1	84±1
Масса реактивной ленты, кг не более	0,012	0,035

Химкассета представляет собой, корпус, память (touch memory), крышку, втулку (бобину) с реактивной лентой, помещенную в пластиковый пакет. Реактивная лента изготавливается из бумаги обладающей стойкостью к химическим реагентам, высокой сорбционной способностью и минимальным гидродинамическим сопротивлением. Многокомпонентный состав химических рецептур обеспечивает работоспособность реактивных лент без потери кинетических параметров.

Химкассета. Паспорт

Перед использованием химкасsetы необходимо:

- провести внесший осмотр химкасsetы:
 - а) не допускается подвижность памяти (touch memory);
 - б) не допускается наличие трещин, сколов приводящие к деформации химкасsetы, нарушение герметичности или препятствующие свободному перемещению реактивной ленты;
- проверить целостность химкасsetы и легкость вращения бобин.
- проверить состояние ленты:
 - а) не должно быть порыва ленты*;
 - б) не допускается перекручивания, смятия и излома ленты;
 - в) не допускается деструкция реактивной ленты.

*Примечание - при обрыве реактивной ленты склеить концы ленты скотчем или канцелярским kleem карандашом, передвинув склеенное место на приемную бобину.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Химкассета с реактивной лентой	1 шт.;
Пластиковый пакет для хранения химкасsetы	1 шт.;
Паспорт	1 шт.

СРОК ХРАНЕНИЯ. УТИЛИЗАЦИЯ. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Химкассета должна храниться и транспортироваться в специальных пластиковых пакетах, плотно закрытыми, без доступа воздуха, попадания прямых солнечных лучей и агрессивных сред, в строгом соответствии с действующей эксплуатационной документацией. Химкассета под воздействием вышеперечисленных факторов может изменить или утратить свои свойства. Не допускается перекладывать химкасsetу в другие пластиковые пакеты.

Срок службы и срок хранения реактивной ленты в химкасsetе в упаковке предприятия-изготовителя составляет не менее 1 года.

Средний срок работы химкасsetы является нестабильной величиной и не является гарантийным сроком их службы.

Химкассета в упакованном состоянии не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Эксплуатация не предусматривает соблюдения повышенных мер безопасности для работы с лентой. Утилизация химкасsetы производится без применения специальных мер защиты окружающей среды на предприятии-изготовителе.



ООО «НПО «ПРИБОР» ГАНК»

**ПАСПОРТ
ХИМКАССЕТА
ДЛЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА
ГАНК-4**

г. Москва

Для заметок

