



ООО «НПО «ПРИБОР» ГАНК»

Юридический адрес: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корпус 10, эт/пом 2/7
Почтовый адрес: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корпус 10
Тел./Факс: +7 (495) 419-00-92
e-mail: info@gank4.ru
www.gank4.ru
ИНН 7724223692 КПП 771901001 ОГРН 1027739382461 ОКПО 56591409

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Покупатель: _____
Конечный заказчик: _____
Объект: _____
Контактное лицо: _____
Телефон: _____ e-mail: _____

Тип газоанализатора, перечень анализируемых веществ, количество	☐ ГАНК-4С (1-канальный, общепромышленное исполнение). Укажите требуемое вещество: _____ _____ _____ _____ (шт.) ☐ ГАНК-4С Ex (1-канальный, взрывозащищенное исполнение 2Exe(ib) dIIBT4X). Укажите требуемое вещество: _____ _____ _____ _____ (шт.) ☐ ГАНК-4Ф Ex (4-канальный, взрывозащищенное исполнение 1ExdIICT5GbX). Укажите требуемые вещества: _____ _____ _____ _____ (шт.) ☐ ГАНК-4М (3-канальный, общепромышленное исполнение). ☐ Принудительный. ☐ Диффузионный Укажите требуемые вещества: _____ _____ _____ _____ (шт.) ☐ ГАНК-4 РБ С (8-канальный, общепромышленное исполнение): Укажите требуемые вещества: _____ _____ _____ _____ (шт.)
Стандартное подключение к стационарным газоанализаторам ГАНК-4	☐ вывод нормированного сигнала 4 - 20 мА; ☐ «сухие контакты» (включение исполнительных устройств, вентиляции); ☐ разъем RS-485
Параметры газа в точке отбора, количество точек отбора	☐ температура от +5 °С до +50 °С; ☐ температура от -50 °С до +50 °С (требуется активный термостат); ☐ количество точек отбора _____.



ООО «НПО «ПРИБОР» ГАНК»

Юридический адрес: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корпус 10, эт/пом 2/7

Почтовый адрес: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корпус 10

Тел./Факс: +7 (495) 419-00-92

e-mail: info@gank4.ru

www.gank4.ru

ИНН 7724223692 КПП 771901001 ОГРН 1027739382461 ОКПО 56591409

Дополнительное оборудование, дополнительные материалы

- ☐ дополнительная ПВД-трубка _____ м (не более 7 м на 1 прибор);
- ☐ газозаборная воронка;
- ☐ комплект программного обеспечения для работы с компьютером;
- ☐ шкаф для размещения 1 прибора;
- ☐ шкаф для размещения 2 приборов;
- ☐ шкаф для размещения 3 приборов;
- ☐ блок индикации для вывода показаний приборов;
- ☐ стойка для монтажа газоанализатора без козырька;
- ☐ стойка для монтажа газоанализатора с козырьком;
- ☐ устройство проверки работоспособности;
- ☐ клиентское программное обеспечение